TANDEM™ DIABETES CARE


Rubin medical

Control-IQ-teknologi – 5 enkle regler

Anvender CGM værdien til at forudsige glukoseniveauerne 30 minutter frem i tiden

Diamant ikon
Nederste del ændrer farve afhængig af om doseringen reduceres eller pauseres. Øverste del ændrer farve hvis doseringen øges og ved automatisk korrektionsbolus.

Røde streger i CGM-vinduet ved pauseret insulindosering



Statusikon Control-IQ™
Afhængig af insulinjusteringer kan der vises 5 forskellige statusikoner.

Automatisk korrektionsbolus doseres

Aktivitetsprofil
vises hvis en sådan er aktiveret


		Control-IQ™	Søvn	Motion
Doserer	**Automatisk korrektionsbolus,** hvis sensorværdien forudses at være 10,0 mmol/l eller derover om 30 min (ikke søvnprofilen)	≥10,0	--	≥10,0
B Øger	**Basaldoseringen øges,** hvis sensorværdien forudses at være 8,9 mmol/l eller derover om 30 min	≥8,9	≥6,7	≥8,9
B Bevarer	Anvender programmeret **personlig basaldosering**	6,25-8,9	6,25-6,7	7,8-8,9
B Reducerer	**Basaldoseringen reduceres,** hvis sensorværdien forudses at være 6,25 mmol/l eller derunder om 30 min	≤6,25	≤6,25	≤7,8
0 Pauserer	**Pauserer basaldoseringen,** hvis sensorværdien forudses at være 3,9 mmol/l eller derunder om 30 min	≤3,9	≤3,9	≤4,4

Behandlingsværdierne i teksten henviser til Control-IQ™ og værdierne i tabellen gælder for aktiveret søvn- og motionsprofil.

ADVARSEL: Control-IQ™-teknologien må ikke anvendes af personer under 6 år. Den må heller ikke anvendes til patienter, som bruger mindre end 10 enheder insulin pr. døgn, eller som vejer mindre end 25 kg. Yderligere vigtig sikkerhedsinformation findes på www.tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2021 Rubin Medical ApS. Med forbehold for alle rettigheder. Tandem Diabetes Care er registrerede varemærker, og t:slim X2™ og Control-IQ™ er varemærker tilhørende Tandem Diabetes Care Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere og er dækket af et eller flere amerikanske og internationale patenter eller patentansøgninger.

Menuoversigt Tandem t:slim X2™ insulinpumpe – Control-IQ-teknologi



*Under BOLUS i startskærmen tilpasser du din bolusdosis, hvor du kan indtaste antal gram kulhydrater, dit BG og bestemmer om du vil tage bolus som en normal eller forlænget bolus.

**Basalrate, KH-ratio, Ins.følsomhed, BG-målværdi samt insulin virkningstid (IOB) programmeres i Personlige profiler.

DK-1442-210309